DE

iHealth™

Drahtloses iHealth™-Smart-Blutzuckerüberwachungssystem (BG5) BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG 1
PACKUNGSINHALT 1
EINRICHTUNGSANFORDERUNGEN 2
VORGESEHENER VERWENDUNGSZWECK 3
Wie der Test funktioniert? 4
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN 4
WICHTIGE TESTINFORMATIONEN 5
INFORMATIONEN ÜBER DAS TESTEN AN ALTERNATIVEN KÖRPERSTELLEN (AST) 6
- Was sind alternative Körperstellen? 6
- Was ist der Vorteil alternativer Körperstellen? 7
- Wann werden alternative Körperstellen genutzt? 7

TEILE UND BILDSCHIRMANZEIGEN 8
- Blutzuckerüberwachungsgerät 8
- Blutzucker-Teststreifen 10

EINRICHTEN 10
DER TEST MIT EINER BLUTPROBE 11
- Modus für Offline-Messungen: (ohne Verwendung des iOS-Geräts) 11
- Den Teststreifen verwenden 11
- Eine Blutprobe erhalten 12
- Ihre Blutprobe aufbringen 12
- Testergebnisse ablesen 12
- Verwendete Teststreifen entsorgen 12
- Verwendete Lanzetten entsorgen 13
- Modus für Online-Messungen: (mit iOS-Gerät) 13
- Den Teststreifen verwenden 13
- Eine Blutprobe erhalten 14
- Ihre Blutprobe aufbringen 14
- Testergebnisse ablesen 14
- Verwendete Teststreifen entsorgen 14
- Verwendete Lanzetten entsorgen 15
- Kontrolllösung 15
- Einen Offline-Test mit Kontrolllösung und dem Gerät allein durchführen (ohne Verwendung des iOS-Geräts) 16
- I Einen Online-Test mit Kontrolllösung durchführen (mit iOS-Gerät) 17

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER TESTS MIT KONTROLLLÖSUNG 19
GERÄTESPEICHER 19
- Modus für Offline-Messungen: (ohne Verwendung des iOS-Geräts) 19
- Testergebnisse überprüfen 19
- Modus für Online-Messungen: (mit iOS-Gerät) 20

REFERENZWERT DES DRAHTLOSEN IHEALTH-SMART-BLUTZUCKERÜBERWACHUNGSGERÄTS 20
BLUTZUCKER-TESTERGEBNISSE MIT LABORWERTEN VERGLEICHEN 21
- Bevor Sie zum Labor gehen 21
- Im Labor 21
- Reinigung und Desinfektion 22

TECHNISCHE DATEN DES DRAHTLOSEN IHEALTH-SMART-BLUTZUCKERÜBERWACHUNGSSYSTEMS 25
Instandhaltung und Lagerung Ihres drahtlosen SMART-BLUTZUCKERÜBERWACHUNGSGERÄTS 25
NUTZUNGSGRENZEN 26
SYSTEMFEHLERBEHEBUNG 27
- Messwerte 27
- Fehlermeldung 28
- Fehlerbehebung 29

WICHTIGE VON DER FCC GEFORDERTE INFORMATIONEN 31

EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf des drahtlosen iHealth-Smart-Blutzuckerüberwachungssystems (BG5). Lesen Sie den folgenden Inhalt vor der Verwendung dieses Produkts bitte gründlich und sorgfältig durch. Dieses Handbuch stellt Ihnen wichtige Informationen bereit, die Ihnen bei der sachgemäßen Verwendung des Systems helfen sollen, damit Sie zu jeder Zeit genaue Werte erhalten. Die regelmäßige Messung Ihres Blutzuckerspiegels kann Ihnen und Ihrem Arzt bei der Kontrolle Ihrer Diabetes helfen. Aufgrund der kompakten Größe und der leichten Bedienung können Sie Ihren Blutzuckerspielgel überall und zu jeder Zeit mit dem drahtlosen Smart-Blutzuckerüberwachungssystem (BG5) selbst messen.

Wenn zu diesem Produkt Fragen aufkommen, besuchen Sie uns bitte auf www.ihealthlabs.com, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle oder rufen Sie den Kundendienst von iHealth Labs unter +1-855-816-7705 an.

PACKUNGSINHALT



• Drahtloses Blutzuckerüberwachungsgerät

• Transparente Stechhilfekappe für alternative Körperstellen

• Teststreifen*



• Stechhilfe

• Lanzetten*

• Bedienungsanleitung • USB-Ladekabel • Kontrolllösung*

• Aufbewahrungsbeutel • Kurzanleitung

***Anmerkung : *** *Diese Inhalte könnten je nach geografischem Markt variieren. Überprüfen Sie Ihre Packung.Wenn eines der auf der Packung angegebenen Teile in der Packung fehlt oder die Packung vor Gebrauch geöffnet wurde, wenden Sie sich bitte für Hilfestellung an Ihre Verkaufsstelle.*

Die Stechhilfe kann mehrmals verwendet werden, die Lanzette sollte jedoch nach jedem Gebrauch gewechselt werden.

EINRICHTUNGSANFORDERUNGEN

Das drahtlose iHealth-Smart-Blutzuckerüberwachungssystem (BG5) ist für die Verwendung mit folgenden iPod Touch-, iPad- und iPhone-Modellen vorgesehen:
iPod Touch 5
iPod Touch 4
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPad Mini
iPad 4
iPad 3

iPad 2

Die iOS-Version dieser Geräte sollte V 5.0 oder höher sein.

VORGESEHENER VERWENDUNGSZWECK

Das drahtlose iHealth-Smart-Blutzuckerüberwachungssystem (BG5) sollte verwendet werden für:

- Quantitative Blutzuckermessungen in frischem, kapillarem Vollblut aus Fingerspitze, Handfläche, Ober- oder Unterarm, Wade oder Oberschenkel
- Einzelpersonenmessungen und nicht zum Teilen
- Selbsttests außerhalb des Körpers (In-vitro-Diagnose) von Diabetikern zuhause als ein Hilfe zur Überwachung der Wirksamkeit von Diabeteskontrollen

Das drahtlose iHealth-Smart-Blutzuckerüberwachungssystem (BG5) sollte nicht für die Diagnose oder das Screening von Diabetes und nicht für Neugeborene verwendet werden.

Alternative Körperstellen (AST) sollten nur in stabilen Phasen genutzt werden, in denen der Blutzuckerspiegel keinen schnellen Veränderungen unterworfen ist.

Kontrolllösungen sind für die Verwendung mit dem drahtlosen Smart-Blutzuckerüberwachungssystem (BG5) vorgesehen. Kontrolllösungen können dazu verwendet werden, das ordnungsgemäße Funktionieren von Blutzuckerüberwachungsgerät und Teststreifen sowie die Messgenauigkeit zu überprüfen. Diese Kontrolllösungen enthalten eine bekannte Blutzuckermenge, wie auf den Flaschen angegeben. Wenn Sie zusätzliche Kontrolllösung kaufen möchten, können Sie den Kundendienst unter +1-855-816-7705 anrufen.

Wie der Test funktioniert?

Das drahtlose iHealth-Smart-Blutzuckerüberwachungssystem (BG5) misst den Blutzuckerspiegel, indem elektrische Ströme gemessen werden, die erzeugt werden, wenn der Blutzucker in Ihrem Körper mit den Reagenzien auf dem Teststreifen reagiert. Die während dieser Reaktion erzeugte Stromstärke hängt von der Blutzuckermenge in der Blutprobe ab. Das Blutzuckerüberwachungsgerät misst den Strom und rechnet diesen in den entsprechenden Blutzuckerspiegel um.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen vor der Verwendung des drahtlosen iHealth-Smart-Blutzuckerüberwachungssystems (BG5) durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen immer an einem sicheren Ort auf.

- Missbrauch des iHealth-Smart-Blutzuckerüberwachungssystems (BG5) kann zu Stromschlag, Verbrennungen, Feuer und anderen Gefahren führen.
- Das drahtlose Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät und die Stechhilfe sind nur für die Einzelpatientenverwendung vorgesehen. Nicht für mehrere Patienten verwenden. Das drahtlose Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät oder die Stechhilfe dürfen mit niemandem, einschließlich Familienmitgliedern, geteilt werden.
- Legen Sie das drahtlose Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät nicht in die Nähe von Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das drahtlose Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das vom Hersteller nicht mitgeliefert wurde.

- Verwenden Sie das drahtlose Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das drahtlose Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät zu allen Zeiten von Hitze fern. Schützen Sie das drahtlose Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät vor Oberflächen, die zu heiß zum Berühren sind.
- Die Testanschlüsse dürfen nicht blockiert werden und das drahtlose Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät darf nicht auf weiche Oberflächen gelegt werden, die es blockieren könnten. Halten Sie die Testanschlüsse frei von Fusseln, Haaren, Verunreinigungen etc.
- Legen Sie nichts auf das drahtlose Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät.
- Führen Sie keinen Fremdkörper in die Öffnungen des drahtlosen Smart-Blutzuckerüberwachungsgeräts ein.
- Stellen Sie bitte sicher, dass das Blutzuckerüberwachungsgerät nicht von Kindern oder Personen verwendet wird, die Ihren eigenen Willen zu dessen Verwendung nicht ausdrücken können, und legen Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern ab.
- Das drahtlose Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät darf nicht an Stellen verwendet werden, an denen Aerosolsprays genutzt oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Es darf auf eine Art, die vom Hersteller nicht spezifiziert wurde, nicht verwendet werden.

WICHTIGE TESTINFORMATIONEN

- Schwere Dehydration und übermäßiger Flüssigkeitsverlust können Werte erzeugen, die unter den tatsächlichen Werten liegen. Wenn Sie glauben, an schwerer Dehydration zu leiden, wenden Sie sich bitte umgehend an einen Arzt.

- Wenn Ihre Blutzuckerwerte niedriger oder höher als üblich sind und Sie keine Krankheitssymptome aufweisen, wiederholen Sie bitte zuerst den Test. Wenn Sie Symptome aufweisen oder weiterhin Werte erhalten, die höher oder niedriger als üblich sind, befolgen Sie bitte die Behandlungsanweisungen Ihres Arztes.
- Verwenden Sie nur frische Vollblutproben, um Ihren Blutzucker zu messen. Die Verwendung andere Substanzen führt zu ungenauen Werten.
- Wenn Sie an Symptomen leiden, die mit Ihren Blutzucker-Testergebnissen nicht übereinstimmen und Sie alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung beachtet haben, wenden Sie sich bitte an einen Arzt.
- Ungenaue Ergebnisse treten bei Personen mit sehr niedrigem Blutdruck oder unter Schock stehenden Patienten auf. Testergebnisse, die niedriger als die tatsächlichen Werte sind, treten bei Personen auf, die sich mit oder ohne Ketose in einem hyperglykämischen-hyperosmolaren Zustand befinden. Wenden Sie sich vor der Verwendung bitte an Ihren Arzt.

INFORMATIONEN ÜBER DAS TESTEN AN ALTERNATIVEN KÖRPERSTELLEN (AST)

Für alternative Körperstellen (AST) gibt es Grenzen. Wenden Sie sich vor der Durchführung an alternativen Körperstellen (AST) bitte an Ihren Arzt. Die Verwendung des drahtlosen iHealth-Smart-Blutzuckerüberwachungssystems ist lediglich auf Blutzuckerzustände in stabilen Phasen begrenzt.

Was sind alternative Körperstellen?

Unter alternativen Körperstellen (AST) versteht man die Abnahme von Blutproben zum Blutzucker-Selbsttest an anderen Stellen als den Fingerspitzen.
Das drahtlose

iHealth-Smart-Blutzuckerüberwachungssystem (BG5) ermöglicht das Testen an Handfläche, Unterarm, Oberarm, Wade oder Oberschenkel mit gleichwertigen Ergebnissen wie bei Tests an der Fingerspitze.



Was ist der Vorteil alternativer Körperstellen?
Die Fingerspitzen sind schmerzempfindlicher, da Sie viele Nervenendungen (Rezeptoren) enthalten. Andere Körperstellen mit weniger Nervenendungen sind weniger schmerzempfindlich.

Wann werden alternative Körperstellen genutzt?
Mahlzeiten, Medikamente, Krankheit, Stress und Sport können den Blutzuckerspiegel beeinflussen. Kapillarblut aus den Fingerspitzen gibt diese Veränderungen schneller wider, als Kapillarblut aus anderen Stellen. Daher sollte nur Blut aus der Fingerspitze verwendet werden, wenn der Blutzuckerspiegel während und kurz nach Ereignissen, wie z. B. Mahlzeiten oder Sport, getestet wird. Alternative Körperstellen (AST) sollten nur in stabilen Phasen genutzt werden, in denen der Blutzuckerspiegel keinen schnellen

Veränderungen unterworfen ist.
Alternative Körperstellen (AST) können unter folgenden Umständen genutzt werden:
- Vor Mahlzeiten und im Fasten-Zustand (zwei Stunden oder länger nach der letzten Mahlzeit)
- Zwei Stunden nach der Insulineinnahme
- Zwei Stunden oder länger nach dem Sport

Vorsicht : *Alternative Körperstellen sollten nicht genutzt werden, um das kontinuierliche Blutzuckerüberwachungssystem (CGMs) zu kalibrieren. Werte von alternativen Körperstellen sollten nicht zur Berechnung der Insulindosis genutzt werden. Nutzen Sie alternative Körperstellen nicht, wenn:*
- Sie einen niedrigen Blutzuckerspiegel vermuten
- Sie vermutlich hypoglykämisch sind
- Sie sich auf Hyperglykämie testen
- Ihre Routine-Blutzuckerwerte oft fluktuieren
- Sie schwanger sind

TEILE UND BILDSCHIRMANZEIGEN

Blutzuckerüberwachungsgerät





MINI-USB-ANSCHLUSS
Laden Sie das Messgerät über das bereitgestellte USB-Kabel auf.

Speichertaste
Seitlich am Messgerät. Sie dient zum Einschalten des Messgeräts und zum Überprüfen vergangener Testergebnisse.

Auswurftaste
Auf der Rückseite des Messgeräts. Sie dient dem automatischen Auswerfen des Teststreifens.


Blutprobensymbol
Blinkt, wenn die Probe aufgebracht werden kann.
CTL-SYMBOL
Erscheint, wenn ein Kontrolltest durchgeführt wird und zeigt an, dass der Wert nicht gespeichert wird.
SYMBOL FÜR NIEDRIGEN AKKUSTAND
Erscheint, wenn der Akku schwach ist.
BLUETOOTH-SYMBOL
Erscheint, wenn das Messgerät über die *Bluetooth*-Funktion mit dem iOS-Gerät verbunden ist.
ITestergebnis-Anzeige
Zeigt das Blutzuckerergebnis an.
MASSEINHEIT
Zeigt das Messergebnis entweder in mg/dl oder mmol/L an.
CTL
mg/dL mmol/L

Blutzucker-Teststreifen

Jeder Teststreifen ist nur für die Einzelverwendung vorgesehen und sollte nach Gebrauch umgehend entsorgt werden. Teststreifen bestehen aus folgenden Teilen:



ANMERKUNG: *Verwenden Sie mit dem drahtlosen iHealth-Smart-Blutzuckerüberwachungssystem (BG5) nur iHealth-Blutzucker-Teststreifen. Andere Teststreifen könnten zu ungenauen Ergebnissen führen.*

EINRICHTEN

Stellen Sie vor der Erstverwendung die Uhrzeit des Messgeräts ein, indem Sie das Messgerät über *Bluetooth* mit Ihrem iOS-Gerät verbinden. Befolgen Sie alle untenstehenden Schritte, um Ihre gewünschten Uhrzeiteinstellungen im Messgerät zu speichern. Nachdem die Verbindung zu Ihrem iOS-Gerät über *Bluetooth* hergestellt und die App gestartet ist, können Sie Ihren Messstatus und Ihre Testergebnisse auf dem Bildschirm sehen.

1. Die kostenlose iHealth-App herunterladen

Die kostenlose iHealth-App vor der Erstverwendung aus dem App-Store herunterladen und installieren. Verwenden Sie Suchbegriffe wie “iHealth,” “BG5” oder” iHealth Gluco-Smart.”

2. Kontoeinrichtung und Registrierung
Folgen sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich zu registrieren und Ihr persönliches Konto einzurichten.

3. Verbinden Sie Ihr Blutzuckerüberwachungsgerät über *Bluetooth* mit Ihrem iOS-Gerät

Halten Sie zum Einschalten des Geräts die Speichertaste für 3 Sekunden gedrückt. Aktivieren Sie die *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem iOS-Gerät. Wenn der Modellname “BG5xxxxxx” und “Nicht gepaart” im *Bluetooth*-Menü erscheint, können Sie zum Paaren und Verbinden den Modellnamen auswählen. Wenn das “ ”-Symbol erscheint, befindet sich das Messgerät im *Bluetooth*-Kommunikationsmodus.

4. Zweidimensionalen Code Scanning
Bitte scannen zweidimensionalen Codes auf dem Teststreifen-Röhrchen nach dem Aufbau einer *Bluetooth*-Verbindung, wir helfen Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Teststreifen.

DER TEST MIT EINER BLUTPROBE

Modus für Offline-Messungen: **(ohne Verwendung des iOS-Geräts)**

Den Teststreifen verwenden



Entnehmen Sie dem Fläschchen einen Teststreifen. Sie können den Teststreifen mit sauberen, trockenen Händen überall berühren. Doch Teststreifen dürfen in keiner Weise gebogen, geschnitten oder modifiziert werden. Verwenden sie jeden Teststreifen sofort, nachdem Sie ihn aus dem Fläschchen entnommen haben.

Führen Sie den Teststreifen in den Testanschluss des Blutzuckerüberwachungsgeräts ein.

Eine Blutprobe erhalten
Für eine detaillierte Vorgehensweise siehe iHealth-Stechhilfe.

Ihre Blutprobe aufbringen
Bringen Sie Ihr Blut auf den Blutprobenbereich auf dem Teststreifen auf und stellen Sie sicher, dass die Blutprobe den Probenbereich vollständig ausfüllt. Belassen Sie die Blutprobe auf dem Teststreifen im Gerät, wenn der Countdown beginnt.

Testergebnisse ablesen
Nachdem der Countdown“1”erreicht hat, wird das Ergebnis auf dem Bildschirm des Messgeräts angezeigt.

Anmerkung : Die vom Blutzuckerüberwachungsgerät erhaltenen Ergebnisse sind plasmakalibriert. Dadurch können Sie und Ihr Arzt oder ein anderer qualifizierter Gesundheits-Dienstanbieter Ihre Messergebnisse mit Labortest vergleichen. Halten Sie sich an die Anweisungen Ihres Arztes oder eines anderen qualifizierten Gesundheits-Dienstanbieters und weichen Sie von diesen Anweisungen nicht aufgrund der Ergebnisse ab, ohne zuvor Ihren Arzt konsultiert zu haben.

Verwendete Teststreifen entsorgen

Halten Sie die Auswurftaste in Richtung des Teststreifens gedrückt und der Teststreifen wird vom Blutzuckerüberwachungsgerät ausgeworfen. Entsorgen Sie verwendete Teststreifen direkt in einen Abfallbehälter.

Verwendete Lanzetten entsorgen

Entsorgen Sie verwendete Lanzetten direkt in einen Behälter für scharfe Gegenstände. Waschen Sie sich immer gründlich die Hände mit Wasser und Seife, nachdem Sie Messgerät, Stechhilfe und Teststreifen verwendet haben.



Anmerkung: *Wenden Sie sich zur Interpretation von Blutzuckerüberwachungsungen bitte an Ihren Arzt.*

Modus für Online-Messungen: (mit iOS-Gerät)

Den Teststreifen verwenden

Entnehmen Sie dem Fläschchen einen Teststreifen. Sie können den Teststreifen mit sauberen, trockenen Händen überall berühren. Doch Teststreifen dürfen in keiner Weise gebogen, geschnitten oder modifiziert werden. Verwenden sie jeden Teststreifen sofort, nachdem Sie ihn aus dem Fläschchen entnommen haben. Führen Sie den Teststreifen in den Testanschluss des Befindet sich die *Bluetooth*-Funktion Ihres iOS-Geräts im offenen Modus, stellt das Blutzuckerüberwachungsgerät automatisch die Verbindung zum iOS-Gerät her und ruft den Modus für Online-Messungen auf.
Im Online-Messmodus zeigt das Blutzuckerüberwachungsgerät nur das *Bluetooth*-Symbol an.



Eine Blutprobe erhalten

Für eine detaillierte Vorgehensweise siehe iHealth-Stechhilfe.

Ihre Blutprobe aufbringen

Bringen Sie Ihr Blut auf den Blutprobenbereich auf dem Teststreifen auf und stellen Sie sicher, dass die Blutprobe den Probenbereich vollständig ausfüllt. Ihr iOS-Gerät gibt einen Piepton aus, wenn der Teststreifen entnommen werden kann.

Testergebnisse ablesen

Ihre Blutzuckerergebnisse werden auf dem iOS-Gerät angezeigt.

Anmerkung: *Die vom Blutzuckerüberwachungsgerät erhaltenen Ergebnisse sind plasmakalibriert. Dadurch können Sie und Ihr Arzt oder ein anderer qualifizierter Gesundheits-Dienstanbieter Ihre Messergebnisse mit Labortest vergleichen. Halten Sie sich an die Anweisungen Ihres Arztes oder eines anderen qualifizierten Gesundheits-Dienstanbieter und weichen Sie von diesen Anweisungen nicht aufgrund der Ergebnisse ab, ohne zuvor Ihren Arzt zu konsultieren.*

Verwendete Teststreifen entsorgen

Halten Sie die Auswurftaste in Richtung des Teststreifens gedrückt und der Teststreifen wird vom Blutzuckerüberwachungsgerät ausgeworfen. Entsorgen Sie verwendete Teststreifen direkt in einen Abfallbehälter.

Verwendete Lanzetten entsorgen

Entsorgen Sie verwendete Lanzetten direkt in einen Behälter für scharfe Gegenstände. Waschen Sie sich immer gründlich die Hände mit Wasser und Seife, nachdem Sie Messgerät, Stechhilfe und Teststreifen verwendet haben.



Anmerkung: *Wenden Sie sich zur Interpretation von Blutzuckerüberwachungsungen bitte an Ihren Arzt.*

Weiterführende Informationen finden Sie auf: www.ihealthlabs.com

Kontrolllösung

Die Kontrolllösung enthält eine bekannte Blutzuckermenge, die mit den Teststreifen reagiert, und dient dazu, sicherzustellen, dass Ihr Messgerät sowie die Teststreifen ordnungsgemäß funktionieren.
Benötigte Materialien:

- Drahtloses iHealthTM-Smart-Blutzuckerüberwachungssystem (BG5)
- iHealth-Blutzucker-Teststreifen AGS-1000I
- Kontrolllösung

Führen Sie einen Test mit der Kontrolllösung durch, wenn:

- Sie das Messgerät erhalten
- Sie Messgerät und Teststreifen dem wöchentlichen Test unterziehen
- Sie ein neues Fläschchen Teststreifen verwenden
- Sie vermuten, dass Messgerät oder Teststreifen nicht ordnungsgemäß funktionieren
- Ihre Blutzucker-Testergebnisse nicht damit übereinstimmen, wie Sie sich fühlen oder wenn Sie vermuten, dass die Ergebnisse nicht korrekt sind

- Sie einen Testdurchgang durchführen möchten
- das Messgerät fallen gelassen oder beschädigt wurde

Einen Offline-Test mit Kontrolllösung und dem Gerät allein durchführen (ohne Verwendung des iOS-Geräts)

Wenn Sie einen Test mit der Kontrolllösung und dem Messgerät allein durchführen möchten, ist es wichtig, den Testmodus “CTL” einzustellen, damit das Ergebnis nicht mit Ihren regulären Testergebnissen vermischt wird. Testergebnisse mit Kontrolllösung werden nicht im Messgerät gespeichert. Bitte folgen Sie den untenstehenden Anweisungen.

Schritt 1: Führen Sie den Teststreifen ein, um das Messgerät einzuschalten.

Führen Sie den Teststreifen in den Teststreifen-Anschluss des Messgeräts ein und warten Sie, bis das Blutprobensymbol im Bildschirm des Messgeräts erscheint.

Schritt 2: Drücken Sie auf die Speichertaste, um den Kontrollmodus (“CTL”) einzuschalten.



Wenn das “CTL”-Symbol erscheint, befindet sich das Messgerät im Kontrollmodus und die Testergebnisse werden nicht gespeichert.

Schritt 3: Drücken Sie erneut auf die “Speichertaste”, um den “CTL”-Modus auszuschalten und zum regulären Testmodus zurückzukehren.

Bildschirm des Messgeräts nicht mehr angezeigt wird, befindet sich das Messgerät im regulären Testmodus und nachfolgende Tests werden nicht wie Test mit Kontrolllösung behandelt.

Schritt 4: Die Kontrolllösung aufbringen

- Schütteln Sie das Fläschchen mit der Kontrolllösung vor Gebrauch.
- Drücken Sie einen Tropfen Kontrolllösung in die Fläschchenkappe heraus. Für bessere Ergebnisse wird empfohlen, den zweiten Tropfen Kontrolllösung zu verwenden (entsorgen sie den ersten Tropfen).
- Halten Sie das Messgerät und nehmen Sie den Tropfen mit der absorbierenden Öffnung des Teststreifens auf. Sobald das Bestätigungsfenster vollständig gefüllt ist, beginnt das Messgerät mit dem Countdown. Belassen Sie die Blutprobe auf dem Teststreifen im Gerät, während der Countdown beginnt.

Anmerkung: *Tragen Sie die Kontrolllösung nicht direkt auf den Teststreifen auf, damit die Kontamination des gesamten Fläschchens Kontrolllösung vermieden wird.*

Paso 5: Ergebnisse ablesen und vergleichen



Nachdem der Countdown “1” erreicht hat, wird das Testergebnis des cuidadosamente los pasos indicados. Das Ergebnis des Kontrolllösungstest sollte sich in dem auf dem Fläschchenetikett der Teststreifen aufgedruckten Bereich befinden. Wiederholen Sie den Test, wenn das Testergebnis außerhalb des angegebenen Bereichs liegt, und beachten Sie sorgfältige die obenstehenden Schritte.

I Einen Online-Test mit Kontrolllösung durchführen (mit iOS-Gerät)

Schritt 1: Starten Sie die App.
Schritt 2: Tippen Sie auf die “CTL”-Taste, um den Kontrollmodus (“CTL”) einzuschalten.

Schritt 3: Befolgen Sie die Schritte 1 - 4 unter “Einen Online-Test mit Kontrolllösung durchführen”.
Schritt 4: Das Testergebnis des Kontrolllösungstests erscheint auf dem iOS-Gerät.

Ergebnisse außerhalb des Bereichs



Ergebnisse, die außerhalb des angegebenen Bereichs liegen, können durch Folgendes hervorgerufen werden:

- Fehler bei der Durchführung des Tests
- Abgelaufene oder kontaminierte Kontrolllösung
- Abgelaufene oder kontaminierte Teststreifen
- Fehlfunktion des drahtlosen iHealth™-Smart-Blutzuckerüberwachungssysteme (BG5)

Falls Sie weiterhin Testergebnisse mit Kontrolllösung erhalten, die außerhalb des auf dem Fläschchen aufgedruckten Bereichs liegen, könnte das Messgerät nicht ordnungsgemäß funktionieren. Fahren Sie nicht mit der Verwendung fort und rufen Sie für Hilfestellung den Kundendienst von iHealth Labs unter an +1-855-816-7705. Wenn Sie zusätzliche Kontrolllösung kaufen möchten, rufen Sie bitte den Kundendienst von iHealth Labs unter an +1-855-816-7705.

ANMERKUNG: *Verwenden Sie keine abgelaufene Kontrolllösung.*
Der Kontrolllösungsbereich auf dem Fläschchen der Teststreifen darf nur für die Kontrolllösung verwendet werden. Es ist nicht der empfohlene Bereich für Ihren Blutzuckerspiegel.

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER TESTS MIT KONTROLLLÖSUNG

Wenn Sie einen Test mit Kontrolllösung durchführen, um Ihren Blutzuckerspiegel zu überprüfen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den Kontrolllösungstest in der App ausgewählt haben. Kontrolllösungstests, die im regulären Testmodus durchgeführt werden, werden zusammen mit regulären Tests gespeichert, was zu ungenauen Blutzuckerspiegelangaben führen kann.

GERÄTESPEICHER

Modus für Offline-Messungen: (ohne Verwendung des iOS-Geräts)

Das drahtlose Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät speichert bis zu 500 Ihrer neuesten Blutzucker-Testergebnisse zusammen mit den entsprechenden Datums- und Uhrzeitangaben.
Testergebnisse überprüfen

1. Die “Speichertaste” auf dem Messgerät drücken und loslassen.

Drücken Sie die Speichertaste, um im Messgerät gespeicherte Testergebnisse zu überprüfen. Die zuerst angezeigte Messung ist Ihr neuestes Blutzuckerergebnis.



Anmerkung: *Wenn der Speicher des Messgeräts belegt ist, wird das älteste Testergebnis automatisch gelöscht und das neueste Testergebnis gespeichert.*

2. Den Speichermodus verlassen

Wenn Sie das letzte Testergebnis erreicht haben, wird “End” angezeigt und das Messgerät schaltet automatisch aus. Wird das Messgerät nun nicht innerhalb von 30 Sekunden bedient, wird es automatisch ausgeschaltet.



Modus für Online-Messungen: (mit iOS-Gerät)



Halten Sie zum Einschalten des Geräts die Speichertaste für 3 Sekunden gedrückt. Aktivieren Sie die *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem iOS-Gerät. Wenn das “ ”-Symbol erscheint, befindet sich das Messgerät im *Bluetooth*-Kommunikationsmodus.
Sie können einen Test auch dann durchführen, wenn Ihr Messgerät nicht über *Bluetooth* mit Ihrem iOS-Gerät verbunden ist, und das Messgerät speichert bis zu 500 Testergebnisse. Starten Sie die App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Testergebnisse werden zusammen mit Datum und Uhrzeit zur App übertragen. Wenn die *Bluetooth*-Funktion getrennt wird, schaltet das Messgerät automatisch ab.

REFERENZWERT DES DRAHTLOSEN IHEALTH-SMART-BLUTZUCKERÜBERWACHUNGSGERÄTS

Tageszeit	Personen ohne Diabetes
Fasten und vor Mahlzeiten	<110 mg/dl
2 Stunden nach Mahlzeiten	<140 mg/dl

Quelle:

(1) Amerikanische Diabetes-Gesellschaft: Diagnose und Klassifikation den Diabetes mellitus (Positionserklärung). Diabetes-Behandlung 34 (Supp. 1) S66, 2011.
(2) Tietzes Grundlagen der Klinischen Chemie, 6. Ausgabe, Editiert von Burtis CA und Ashwood ED, W. B. Saunders Co., Philadelphia, PA, 2008, S. 849.

Bitte wenden Sie sich an einen Arzt, um den optimalen Zielbereich für Sie zu bestimmen.

BLUTZUCKER-TESTERGEBNISSE MIT LABORWERTEN VERGLEICHEN

Das drahtlose Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät bietet Ihnen mit Vollblut vergleichbare Ergebnisse. Aufgrund normaler Variationen kann das Ergebnis, das Sie von Ihrem Blutzuckerüberwachungsgerät erhalten, leicht von den Laborwerten abweichen. Die Ergebnisse des drahtlosen Smart-Blutzuckerüberwachungsgeräts können durch Faktoren und Bedingungen beeinflusst werden, die Laborergebnisse in dieser Weise nicht beeinflussen. Folgen Sie der untenstehenden Anleitung, um zwischen dem drahtlosen Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät und den Laborwerten einen genauen Vergleich vorzunehmen.

Bevor Sie zum Labor gehen

- Führen Sie einen Test mit Kontrolllösung durch, um das ordnungsgemäße Funktionieren des Messgeräts zu gewährleisten.
- Fasten Sie wenn möglich mindestens acht Stunden vor der Durchführung eines Vergleichstests.
- Nehmen Sie Ihr drahtloses Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät mit ins Labor.

Im Labor

Stellen Sie sicher, dass für beide Tests Proben entnommen wurden und beide innerhalb von 15 Minuten gemessen werden.

- Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie eine Blutprobe entnehmen.
- Verwenden Sie Ihr Blutzuckerüberwachungsgerät keinesfalls für Blutproben, die in ein Teströhrchen entnommen wurden.
- Verwenden Sie nur frisches Kapillarblut

Reinigung und Desinfektion

Die Reinigung und Desinfektion ist für das Testverfahren absolut notwendig. Durch das Reinigen wird festgestellt, ob das Messgerät richtig funktioniert (z. B. ist die Anzeige nach der Reinigung klar zu sehen), und durch die Desinfektion wird vermieden, dass Sie oder andere sich infizieren, und auch Kreuzinfektionen werden umgangen.
Es wird strengstens dazu angewiesen, beim Gebrauch des iOS-Gerätes für einen Blutzuckertest die Schutzhaube zu verwenden. Das Messgerät und die Stechhilfe sollten nach Gebrauch gereinigt und desinfiziert werden. Wir empfehlen Ihnen den Gebrauch des folgenden Produktes: CaviWipes (EPA Kennzeichen : 46781-8).
CaviWipes mit den aktiven Wirkstoffen Isopropanol und Benzethoniumchlorid haben sich für den Gebrauch mit BG5-Blutzuckermessgeräten und Stechhilfen als sicher erwiesen.
Dieses Produkt erhalten Sie wie folgt: Besuchen Sie die Webseite www.metrex.com oder kontaktieren Sie Metrex unter 800-841-1428 für Produkt- oder technische Informationen.
Das Messgerät und die Stechhilfe dürfen nur für einen Patienten verwendet werden. Wenn der Test 5- bis 6-mal täglich durchgeführt wird, müssen die Geräte 5- bis 6-mal täglich gereinigt und desinfiziert werden. So werden während der gesamten Lebensdauer der Geräte von 5 Jahren 11.000 Reinigungs- und Desinfektionszyklen (1 Zyklus = 1 Reinigung + 1 Desinfektion) durchgeführt.

1. Nach dem Test muss der Benutzer seine Hände reinigen und waschen und dann den Einweghandschuh anziehen.
2. Verwenden Sie die Cavi WipesTM (Metrex® RESERCH CORPORATION,EPA Reg. NR. 46781-8, EPA Est. Nr. 56952-WI-001), um das Gehäuse und die Linse des Messgerätes zu reinigen und zu desinfizieren. Reinigen Sie das Messgerät einschließlich dessen Vorder- und Rückseite für 10 Sekunden mit einem Tuch, bis die Oberfläche von Schmutz befreit ist. Desinfizieren Sie dann das Messgerät mit einem anderen Tuch und lassen Sie die Oberfläche für 2 Minuten feucht.

Verwenden Sie die Cavi WipesTM (Metrex® RESERCH CORPORATION, EPA Reg. NR. 46781-8, EPA Est. Nr. 56952-WI-001) auf die gleiche Weise, um die Stechhilfe zu reinigen und zu desinfizieren.

4. Ziehen Sie den Handschuh aus und nehmen Sie die Schutzhaube ab.

Hinweis:

1. Für jeden Desinfektionsschritt ist ein vorausgehender Reinigungsschritt erforderlich.
2. Benutzer müssen ihre Hände gründlich mit Seife und Wasser waschen, nachdem sie das Messgerät, die Stechhilfe oder Teststreifen verwendet haben.
3. Nur die Oberfläche des Messgerätes darf mit dem feuchten Tuch gereinigt und desinfiziert werden. Das Desinfektionstuch darf nicht für den Teststreifeneinschub

und die Metallverbindung verwendet werden, da sonst die Funktionsfähigkeit des Messgerätes beeinträchtigt werden kann.

4. Bitte folgen Sie den folgenden Links für genaue Informationen:
   „FDA Public Health Notification: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication“ (2010)
   http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm
   „CDC Clinical Reminder: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens“ (2010)
   http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html
5. Bei Fragen wählen Sie bitte die Rufnummer +1-855-816-7705
6. Tabelle: Eine Liste der Anzeichen von möglichen Verschlechterungen

physisch und bezüglich der Leistung

Was sehen Sie?	Was sollten Sie tun?
Das Gerät funktioniert nicht, z. B. startet das iOS-Gerät den Test nicht, wenn das Messgerät mit dem iOS-Gerät verbunden ist oder wenn der Teststreifen in das Messgerät eingeführt wurde.	Benutzen Sie das Gerät nicht weiter und kontaktieren Sie den örtlichen Kundenservice oder Kaufort oder wählen Sie die kostenlose Servicehotline: +1-855-816-7705
Verfärbung des Messgerätgehäuses oder der Stechhilfe; es ist beispielsweise schwierig, die Beschriftung zu lesen.	Benutzen Sie das Gerät nicht weiter und kontaktieren Sie den örtlichen Kundenservice oder Kaufort oder wählen Sie die kostenlose Servicehotline: +1-855-816-7705
Korrosion, Rissbildung, Sprödigkeit, Brüchigkeit des Messgerätgehäuses oder der Stechhilfe	Benutzen Sie das Gerät nicht weiter und kontaktieren Sie den örtlichen Kundenservice oder Kaufort oder wählen Sie die kostenlose Servicehotline: +1-855-816-7705

TECHNISCHE DATEN DES DRAHTLOSEN IHEALTH-SMART-BLUTZUCKERÜBERWACHUNGSSYSTEMS

1. Modell: BG5
2. Gerätegröße: 3,8"×1,35"×0,75"(96mm×34,5mm×19mm)
3. Messverfahren: amperometrische Technologie unter Verwendung von Glukose-Oxidase
4. Ergebnisbereich: 20 mg/dl ~ 600 mg/dl (1,1 mmol/L ~ 33,3 mmol/L)
5. Stromversorgung: DC 3,7 V ⎓ , Lithium-Ionen 250 mAh
6. Drahtlose kommunikation:
   Bluetooth V3,0+EDR Klasse 2 SPP
   Frequenzband: 2,402-2,480GHz
7. Lagerbedingungen: Teststreifen 39,2 °F ~ 86 °F (4 °C ~ 30 °C), Luftfeuchtigkeit < 80 % RH
8. Lagerbedingungen: DRAHTLOSES Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät -4 °F – 131 °F (-20 °C ~ 55 °C); Luftfeuchtigkeit < 80 %RH
9. Betriebsbedingungen: 50 °F ~ 104 °F (10 °C ~ 40 °C)
10. Blutquelle: frisches, kapillares Vollblut
11. Blutmenge: min. 0,7 Mikroliter
12. Lebensdauer: fünf Jahre

Instandhaltung und Lagerung Ihres drahtlosen SMART-BLUTZUCKERÜBERWACHUNGSGERÄTES

- Handhaben Sie das drahtlose Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät immer mit Vorsicht. Fallenlassen oder Werfen könnte das Messgerät beschädigen.
- Setzen Sie das drahtlose Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät, die Teststreifen und die Kontrolllösung keinen extremen Bedingungen, wie z. B. hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze, gefrierende Kälte oder hoher Staubbelastung, aus.

- Hände immer mit Wasser und Seife waschen sowie gründlich abspülen und abtrocknen, bevor das drahtlose Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät oder die Teststreifen verwendet werden.

NUTZUNGSGRENZEN

- Das drahtlose iHealth-Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät ist nicht für Neugeborene vorgesehen.
- Das drahtlose iHealth-Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät ist nicht für arterielles Blut, Serum oder Plasma vorgesehen.
- Das drahtlose iHealth-Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät sollte nur zusammen mit iHealth-Teststreifen (AGS-1000I) verwendet werden.
- Das drahtlose iHealth-Smart-Blutzuckerüberwachungsgerät kann nur bis zu einer Höhe von 3276 Metern (10744 Fuß) verwendet werden.
- Folgende Substanzen in größeren als den normalen oder den therapeutischen Mengen können zu bedeutenden Störungen (das Ergebnis wird um mehr als 10 % verändert) und damit zu ungenauen Ergebnissen führen: Ascorbinsäure, Harnsäure, Acetaminophen, Dopamine, L-Dopa etc. Normale Konzentrationen dieser Substanzen beeinflussen Testergebnisse nicht, jedoch erhöhte Konzentrationen. Verwenden Sie keine Hämolyse-, Ikterus- oder Lipämie-Proben.
- Bei Patienten, die sich einer Sauerstofftherapie unterziehen, kann es zu fälschlich niedrigeren Ergebnissen kommen.
- Anmerkung für Patienten in einem hyperglylämisch-hyperosmolaren Zustand mit oder ohne Ketose.
- Nicht für kritisch kranke Patienten verwenden.
- Nicht für dehydrierte, hypertensive, hypotensive oder unter Schock stehende Patienten verwenden.
- Eine sehr geringe oder sehr erhöhte Anzahl roter

Blutkörperchen (Hämatokrit) kann zu inkorrekten Ergebnissen führen. Wenn Sie Ihren Hämatokritwert nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Wir empfehlen den regelmäßigen Vergleich des drahtlosen iHealth-Smart-Blutzuckerüberwachungssystems mit einem anderen Messsystem, das von einem Arzt instand gehalten und überwacht wird.

SYSTEMFEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie wie empfohlen vorgehen, die Probleme jedoch weiterhin bestehen oder andere, wie die untenstehenden Fehlermeldungen erscheinen, rufen Sie bitte den Kundendienst von iHealth Labs unter +1-855-816-7705 an. Versuchen Sie nicht, das Messgerät selbst zu reparieren und demontieren Sie das Messgerät unter keinen Umständen.

Messwerte

MELDUNG	WAS bedeutet das?	MASSNAHME
	Der Blutzuckerspiegel liegt unter 20 mg/dl (1,1 mmol/L)	Die Meldung zeigt einen sehr niedrigen Blutzucker an. Wenden Sie sich an Ihren Arzt.
	Der Blutzuckerspiegel liegt über 600 mg/dl (33,3 mmol/L)	Die Meldung zeigt eine schwere Hyperglykämie an (hohen Blutzucker). Suchen Sie umgehend medizinische Hilfe.

Fehlermeldung

MELDUNG	WAS bedeutet das?	MASSNAHME
	Der Akku des Messgeräts verfügt über ungenügend Energie.	Bitte laden Sie den Akku auf.
 	Problem mit dem Messgerät	Versuchen Sie es erneut und verwenden Sie einen neuen Teststreifen. Wenn das Problem weiterhin besteht, rufen Sie bitte für Hilfestellung den Kundendienst von iHealth Labs unter +1-855-816-7705 an.
	Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung der Teststreifen sind aufgetreten.	Verwenden Sie bitte einen neuen Teststreifen und versuchen Sie es erneut.
	Die Umgebungstemperatur liegt unter 50 °F (10 °C)	Bitte testen Sie bei höheren Umgebungstemperaturen.
	Die Umgebungstemperatur liegt über 140 °F (60 °C)	Bitte testen Sie bei höheren Umgebungstemperaturen.
	Der Teststreifen ist 0	Bitte benutzen Sie den neuen Test Streifen
	DerTeststreifen abgelaufen	Bitte benutzen Sie den neuen Test Streifen

Fehlerbehebung

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Bildschirm zeigt nichts an, nachdem der Teststreifen in das Messgerät eingeführt wurde.	1. Die Akkuleistung ist für den Betrieb zu gering. 2. Zwischen dem Einführung des Teststreifens und dem Test ist zu viel Zeit verstrichen. 3. Der Teststreifen wurde nicht vollständig in das Messgerät eingeführt.	1. Laden Sie den Akku auf. 2. Führen Sie den Teststreifen erneut in das Messgerät ein. 3. Führen Sie den Teststreifen erneut mit Druck in das Messgerät ein.
Testergebnisse sind inkonsistent oder Testergebnisse mit Kontrolllösung liegen nicht innerhalb des angegebenen Bereichs.	1. Nicht genug Probenflüssigkeit auf dem Teststreifen. 2. Teststreifen oder Kontrolllösung abgelaufen. 3. Der Teststreifen wurde durch Hitze oder Feuchtigkeit beschädigt und die Probe kann nicht aufgebracht werden oder das Aufbringen geschieht zu langsam. 4. Aufgrund einer Umgebung über oder unter Raumtemperatur arbeitet das System nicht.	1. Versuchen Sie es erneut mit einem neuen Teststreifen und stellen Sie sicher, dass die Probe aufgebracht ist. 2. Versuchen Sie es erneut mit einem neuen Teststreifen oder neuer Kontrolllösung. 3. Führen Sie mit einem neuen Teststreifen einen Kontrolllösungstest durch. Liegen die Ergebnisse weiterhin außerhalb des Bereichs, ein neues Fläschchen Teststreifen verwenden. 4. Bringen Sie das System in Raumtemperatur, und warten Sie ungefähr 30 Minuten, bevor Sie einen neuen Test durchführen.
Der Countdown des Messgeräts beginnt nicht.	Der Teststreifen wurde nicht korrekt eingeführt.	Verwenden Sie einen neuen Teststreifen und wiederholen Sie den Test.

IVD Medizinisches Gerät zur In-vitro-Diagnose

SN Seriennummer

In der Bedienungsanleitung nachschlagen

In der Bedienungsanleitung nachschlagen

Hersteller

Umweltschutz - Elektro-Altgerät dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Bitte recyceln, wo Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich über Recyclingmöglichkeiten bei Ihren örtlichen Behörden oder Ihrem Händler.

EC REP Autorisierte Vertretung in der Europäischen Gemeinschaft

FCC ID "Dieses Gerät entspricht Artikel 15 der FCC-Regeln".

Bluetooth-Zeichen

Trocken halten

CE 0197 Entspricht den IVD98/79/EC-Anforderungen

iHealth ist ein Warenzeichen von iHealth Lab Inc.

“Made for iPod”, “Made for iPad” und “Made for iPhone”, bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör insbesondere für die Herstellung der Verbindung zu einem iPod, iPad bzw. iPhone konzipiert wurde und vom Hersteller in Übereinstimmung mit den Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple ist für den Betrieb des Geräts oder

dessen Übereinstimmung mit Sicherheits- ober regulatorischen Standards nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs zusammen mit einem iPod, iPad oder iPhone die Drahtlosleistung beeinflussen kann. iPod Touch, iPad und iPhone sind Warenzeichen von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert.

Hergestellt für iHealth Lab Inc.
719 N. Shoreline Blvd., Mountain View, CA 94043, EE.UU.
+1-855-816-7705 (Gebührenfrei von PST 8:30 - 17:30 von MON bis FR) www.ihealthlabs.com

ANDON HEALTH CO., LTD.
No. 3 Jin Ping Street, Ya An Road, Nankai District,
Tianjin 300190, China Tel: +86-22-60526161

EC REP

Lotus Global Co., Ltd.
15 Alexandra Road, London UK, NW8 0DP
Tel: +0044-20-75868010 Fax: +0044-20-79006187

WICHTIGE VON DER FCC GEFORDERTE INFORMATIONEN

Dieses Gerät entspricht Artikel 15 der FCC-Bestimmungen. Die Bedienung unterliegt folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine gefährlichen Störungen verursachen und
(2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Störung akzeptieren, einschließlich derer, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.
Änderungen oder Modifikationen, die von iHealth Lab Inc. nicht ausdrücklich erlaubt wurden, lassen die Erlaubnis des Anwendern, das Gerät zu betreiben, erlöschen.

ANMERKUNG: *Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B nach Artikel 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz vor gefährlichen Störungen in Wohngebieten bereitzustellen. Dieses Produkt erzeugt, nutzt und emittiert Funkfrequenzenergie und kann, wenn nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert, gefährliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störung auftritt. Falls dieses Gerät gefährliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Anschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Anwender angehalten, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.*
- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät in eine andere Steckdose auf einem anderen als dem Stromkreis, an dem der Empfän ger angeschlossen ist, einstecken.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio- /Fernsehtechniker um Rat bitten.
Dieses Produkt entspricht der Industry Canada. IC: RSS-210
IC-HINWEIS
Dieses Gerät entspricht den genehmigungsfreien RSS-Industriestandards Kanadas. Die Bedienung unterliegt folgenden zwei Bedingungen:
(1) dieses Gerät darf keine gefährlichen Störungen verursa chen und
(2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Störung akzeptieren, einschließlich derer, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.
Dieses Gerät wird in Übereinstimmung der R&TTE-Richtlinie für Sender genehmigt.